
IFD-NET EVO AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Questo aggiornamento è compatibile con IFD-NET EVO 80mm

Avrai bisogno di:

- Una scheda SD
- L'archivio contenente la procedura di backup: per esempio "IFD_EVO_FW_DDMMYYYY"

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO

Seguire i seguenti step:

- 1) Estrarre l'archivio "IFD_EVO_FW_DDMMYYYY" in una SD-Card formattata in FAT32 (uguale o maggiore di 2Gbyte).
- 2) Spegnerlo lo strumento e inserire la SD-Card nello slot dedicato sul retro o nell'estensione SD-Card (opzionale).
- 3) Accendere lo strumento e attendere "<STOP>".
- 4) Spegnerlo, rimuovere la scheda SD e riavviare lo strumento.
- 5) Per verificare la versione del firmware, entrare nel menu SETUP, quindi UPDATE e verificare la voce: "SW VER 200515" la quale indica la versione attualmente installata.